



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA PER IL CENTRO SERVIZI PER LE
STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE DI ATENEIO
CIG N. 7613801359**

ERRATA CORRIGE - DISCIPLINARE DI GARA

Nel Disciplinare di gara il criterio A.5 di cui al paragrafo 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, per mero errore materiale, riporta "Generatore di azoto" anziché "Campionatore per vial per utilizzo fino a 600 bar".

Per maggior chiarezza, si riporta di seguito la tabella relativa al criterio A.5, con le correzioni evidenziate in rosso.

A.5	LCMS ESI Singolo Quadrupolo Spettrometro di Massa Singolo Quadrupolo completo di Cromatografo Liquido e Software	A.5.1	Possibili upgrade a sorgente tra cui: APCI, APPI ED APCI a doppio cono focalizzatore	2	D		
			Possibilità di iniezione diretta	3		T	
			Presenza di un set di almeno 4 colonne HPLC con caratteristiche diverse	4		T	
			Campionatore per vial per utilizzo fino a 600 bar	4		T	

Venezia, 10 ottobre 2018

FIRMATO

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gian Antonio Manzoni