



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA PER IL CENTRO SERVIZI PER LE
STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE DI ATENEIO
CIG N. 7613801359**

ERRATA CORRIGE - CAPITOLATO SPECIALE PARTE TECNICA

Nel Capitolato Speciale –Parte Tecnica, per mero errore materiale, la tabella di cui al punto A.5) riporta dei refusi. Viene, pertanto, sostituita con la seguente tabella, evidenziando di colore rosso le parti modificate.

A.5	LCMS ESI Singolo Quadrupolo Spettrometro di Massa Singolo Quadrupolo completo di Cromatografo Liquido e Software	Cromatografo Liquido composto da:	
		A.5.1	Pompa Quaternaria pressione massima 600 bar – unità di degasaggio a 4 canali integrato
		A.5.2	Generatore d'azoto provvisto di compressore
		A.5.3	Detector UV a lunghezza d'onda variabile
		Spettrometro di Massa Singolo Quadrupolo:	
		A.5.4	Range di Massa: 2 – 2000 m/z
		A.5.5	Velocità di scansione: 10.400 u/sec (Da/sec)
		A.5.6	Rapporto s/n ESI+: > 100:1 iniettando 1pg di reserpina in colonna
		A.5.7	Possibile upgrade a sorgente tra cui: APCI, APPI ed APCI a doppio cono di focalizzazione
		A.5.8	Range dinamico: > 6 x 10 alla VI
		A.5.9	Accuratezza di Massa (Da): +/- 0.13
A.5.10	Dim.massime: Possibilità di impilare il detector di massa al di sotto dell'intero sistema HPLC senza alcun ingombro laterale		

Venezia, 10 ottobre 2018

FIRMATO

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Gian Antonio Manzoni